

Bilag 3

Kravspecifikation

UCL ønsker at anskaffe 3 nye ultralydsapparater som erstatning for tre ældre/defekte apparater.

Krav til udstyret er som følger:

Tekniske krav til udstyret

- Det tilbudte udstyr skal have en CLEANING MODE funktion som låser alle funktioner når man rengør og desinficerer brugergrænsefladen (user interface).
- Det tilbudte udstyr skal være fremstillet i magnesium og titanium for at sikre robusthed da mange brugere skal anvende udstyret og det skal fungere mobilt.
- Det tilbudte udstyr skal være drop tested.
- Det tilbudte udstyr skal have write zoom
- Det tilbudte udstyr skal have en laptop function, således at man kan frakoble ultralydsscanneren fra den mobile docking-station.
- Det tilbudte udstyr skal have indbygget batteri så den kan scanne uden at være tilkoblet strøm
- Det tilbudte udstyr skal have Auto Steep Needle Function til visualisering af nålen under procedure
- Det tilbudte udstyr skal have custom exam types, hvor man som bruger kan definere sine egne indstillinger
- Det tilbudte udstyr skal have mulighed for en "parkeringsplads", hvor ultralydsscanneren trådløst oplades
- Det tilbudte udstyr skal have en color compare funktion
- Det tilbudte udstyr skal have indbyggede 3D undervisnings-videoer der dækker en bred anvendelse, herunder abdominalt, msk, nerver, vaskulæreprocedure, gyn/obs og undervisningsvideoer der dækker ultralydsfysik, transducere samt hvordan man anvender det tilbudte udstyr
- Det tilbudte udstyr skal have en "scan along" funktion så brugerne kan undervises via de indbyggede 3D undervisnings-videoer samtidig med, at de kan scanne sig selv eller en anden
- Det tilbudte udstyr skal have både taktile knapper samt touch screen interface (brugergrænseflade)

Garantiperiode

- Alle tilbudte transducere skal være drop tested fra en meter og være dækket af en 5 års garanti
- Den tilbudte ultralydsscanner skal være omfattet af en 5 års garanti

Anvendelse af udstyret

- Det tilbudte udstyr skal kunne anvendes til diagnostisk samt procedure ultralyd
- Det tilbudte udstyr skal være designet til at undgå at transducerkabler rulles over på gulvet
- Det tilbudte udstyr skal ikke være afhængig af forebyggende service
- Det tilbudte udstyr skal kunne renses med sprit og klor

Levering

- Udstyret skal kunne leveres og faktureres i indeværende kalenderår (2022).